



POLICJA

Katowice, dnia

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W KATOWICACH
WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA**

POLSKA 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 17, tel. (32) 2003150 fax (32) 2003149, e-mail: zaopatrzenie@slaska.policja.gov.pl

Wz-WKT-4-6233/2014

05. 11. 2014

Egz. poj.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 4 ust.8 PZP na:

„Zakup 2 sztuk generatorów wodoru dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP KATOWICE”

Wydział Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach informuje, że wpłynęło zapytanie do niniejszego postępowania:

Pytanie 1

1. Czy dopuszczą Państwo ofertę na urządzenia które generują wodór pod ciśnieniem maksymalnym do 6,9 bar czyli równowartość 100 PSI.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający **dopuszcza ofertę** na urządzenia, które generują wodór pod ciśnieniem maksymalnym do 6,9 bar. Określony zakres ciśnienia w specyfikacji wynosi od 1 do 10 bar a 6,9 bar mieści się w tym zakresie

Pytanie 2

1. Czy dopuszczą Państwo generatory, których maksymalna czystość gazu wynosi 99,9995% zamiast wymaganych 99,9999%?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający **nie dopuszcza** innych generatorów niż wymagane 99,9999%.